

editais

De: Cristiano Cardoso <cristiano.cardoso@igmed.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 29 de novembro de 2017 10:11
Para: licitacao@portoveracruz.rs.gov.br
Assunto: RES: Duvida

Bom dia Marlise,

Muito obrigado pela informação, iremos cotar!

Att;
Cristiano Cardoso
Comercial
51 – 98160-6624
51 - 3365-5656
cristiano.cardoso@igmed.com.br
Beco Jose Paris, 339 Pav. 14
www.igmed.com.br

-----Mensagem original-----

De: licitacao@portoveracruz.rs.gov.br [mailto:licitacao@portoveracruz.rs.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de novembro de 2017 08:37
Para: Cristiano Cardoso <cristiano.cardoso@igmed.com.br>
Assunto: Re: Duvida
Prioridade: Alta

Bom dia!

Conforme solicitado, segue:Após contato realizado com o setor interessado, foi me repassado que o item cotado deve atender as exigências do edital, sendo que a descrição "portas deslizante",leia-se "portas deslizantes", pois houve erro de digitação.

Att. Marlise

> Boa tarde Marlise,
>
> Conforme contato telefônico, fico no seu aguardo para saber se a
> autoclave do edital abaixo a ser cotada é de 1 ou 2 portas com barreira?
>
> 13
>
> Autoclave horizontal de solo (pequeno porte) com: rack para carga;
> carro para rack; chaparia externa em aço inoxidável; com osmose
> reversa, impressora, capacidade de 90 a 105 litros; portas deslizante;
> painel de comando micro processado; câmara interna inox AISI 304 ou
> superior, com alimentação de vapor do gerador próprio.
>
>
> Fico no aguardo.
>

> Att;
> Cristiano Cardoso
> Comercial
> 51 - 98160-6624
> 51 - 3365-5656
> cristiano.cardoso@igmed.com.br
> Beco Jose Paris, 339 Pav. 14
> www.igmed.com.br
> [IGMEDwal]

>
>